



StarChill qPCR, bleu/blanc



Points forts

- Maintient la température des échantillons en-dessous de 4°C pendant 2,5 heures*
- Matériau innovant, changeant de couleur pour indiquer que le rack approche la température de 7 °C
- Capacité : 64 tubes de 0,1 ml Corbett Rotor-Gene®, 16 tubes individuels de 0,2 ml (ou 2 x barrettes de 8) et 4 tubes de 0,5 ml

Applications du produit

Stockage d'échantillons

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données générales

Réf.	E2396-3008
Taille de pack	2 Pièces (1 Pack × 2 Pièces)
Dimensions (L × P × H)	141 mm × 99 mm × 44 mm
Dimensions (L × P)	141 mm × 99 mm
Autoclavable	Non
Type de rack	Chiller Rack

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Plus d'informations sur StarChill qPCR, bleu/blanc

Racks refroidisseurs haute performance StarChill

Ils maintiennent un environnement réfrigérant sur la paillasse ! La section centrale des racks StarChill racks change de couleur quand elle est gelée. Elle revient ensuite progressivement à sa couleur d'origine quand elle se réchauffe ce qui procure pendant une certaine durée une indication visuelle de la température.

*La durée varie en fonction de la température ambiante. Tous les racks StarChill doivent être congelés pendant 8 heures au minimum à -20 °C avant d'être utilisés. Non autoclavable.

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr